

**梓榮醫療社團法人弘大醫院自費耗材產品說明書暨自費同意書 世銓(2)-22**

第一聯：病歷留存  
第二聯：病患留存

院內代碼	QAAZ0501	廠商	世銓	啟用日期	95.06.26
品項名稱(中英文)	股骨遠端多軸性螺釘固定骨板組 NCB® Distal Femoral Locking Plate System(第二代)鈦合金				
醫療許可證號	衛署醫器輸字第 013894 號	自費健保品項代碼	FBZ013894001		
自費價	自費 65,000/SET				
產品特性	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨質疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，為不可替代之療效，且可搭配微創手術，減少術中血流量以及對於軟組織的傷害				
使用原因	1. 病患選擇使用自費產品 2. 針對骨質疏鬆、粉碎性骨折或踝上骨折之病患，一般健保骨板的長度及固定效果皆不如自費鋼板，術後關節活動較佳 患者可及早下床活動，亦可搭配微創手術，住院時間較短 3. 採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感				
應注意事項	1. 鋼板固定僅著重於骨折處骨塊加強穩定固定，需依照醫師指示進而增加重量負載。過早重量負載或患處不當搬運將可能造成植入物之斷裂 2. 切勿重覆使用，本裝置僅供單一病人使用。重覆使用可能不利於裝置的效能。 3. 在帶螺紋的孔洞處或周圍，切勿描繪或折彎薄板。因為它可能使帶螺紋的孔洞產生變形，而無法定位螺絲配對				
副作用	病人本身對金屬過敏體質，植入物可能引起異物感而不適。				
與健保給付品項之療效比較說明	1. 採螺釘與鋼板互鎖，適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用，固定力強。可提早進行復健運動，術後關節活動較佳 患者可及早下床活動，亦可搭配微創手術，住院時間較短 2. 採近關節面解剖設計，關節處較薄，較不易有異物感				

預估使用數量：\_\_\_\_\_ 預估自費金額總計：\_\_\_\_\_

病人\_\_\_\_\_病歷號碼\_\_\_\_\_性別\_\_\_\_\_本人係全民健康保險保險對象，因醫療需要且符合下列健保署規範之適應症及使用規範，經\_\_\_\_\_醫師詳細說明已充分瞭解。

**自費原因：【請於□內打V】**

健保未納入給付  事前審查不同意者  超量特材

不符合健保適應症，原因：\_\_\_\_\_

雖有健保給付項目，但因病情需要需使用本項自費耗材。

立同意書人姓名(病患本人)：\_\_\_\_\_ (簽章) 身分證統一編號：\_\_\_\_\_

出生年月日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 聯絡電話：\_\_\_\_\_

通訊地址：\_\_\_\_\_

連帶保證人：\_\_\_\_\_ (簽章)與病人之關係：\_\_\_\_\_

中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日