

梓榮醫療社團法人弘大醫院自費耗材產品說明書暨自費同意書 君容(6)-10

第一聯：病歷留存  
第二聯：病患留存

院內代碼	QAAP04	廠商	君容	啟用日期	96.06.28
品項名稱(中英文)	肱骨上端鎖定加壓骨板 LPHP				
醫療許可證號	衛署醫器輸字第 007815 號	自費健保品項代碼	FBZ007815013		
自費價	自費 53,000/SET				
產品特性	1. 骨板上端較寬部分採用鎖定圓孔 2. 骨板下端較窄部分採用 LCP 複合孔 3. 骨板頂部圓弧曲線厚度僅 2.2mm 4. 人體工學骨板造型				
使用原因	1. 病患選擇使用自費產品。 2. 針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊，具有良好的牢固效果。 3. 得到角度穩定或是動力加壓的治療效果。 4. 保存肩關節活動能力，癒後較佳。 5. 避免組織壞死，進而加速癒合。				
應注意事項	1. 選對適應症部位使用骨板，術後負重情況需由醫師指示，切勿提早。 2. 僅提供單一病人使用，請勿重複使用。				
副作用	1. 病人本身具有對金屬過敏體質。 2. 植入物可能引起的異物感與疼痛。				
與健保給付品項之療效比較說明	1. 專利骨板有兩種設計孔，以利醫生手術選擇，鎖定骨板針對於骨質疏鬆部位及粉碎性骨折，可提供最佳固定效果強度比傳統骨板增加 90% 2. 採用鈦金屬材質，質輕、具強度且人體生物相容性，較不銹鋼材質高。				

預估使用數量：\_\_\_\_\_ 預估自費金額總計：\_\_\_\_\_

病人\_\_\_\_\_病歷號碼\_\_\_\_\_性別\_\_\_\_\_本人係全民健康保險保險對象，因醫療需要且符合下列健保署規範之適應症及使用規範，經\_\_\_\_\_醫師詳細說明已充分瞭解。

自費原因：【請於□內打V】

健保未納入給付  事前審查不同意者  超量特材

不符合健保適應症，原因：

雖有健保給付項目，但因病情需要需使用本項自費耗材。

立同意書人姓名(病患本人)：\_\_\_\_\_ (簽章) 身分證統一編號：

出生年月日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 聯絡電話：

通訊地址：

連帶保證人：\_\_\_\_\_ (簽章) 與病人之關係：

中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日